

UNIVERSIDAD DEL CAUCA – VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS– PROPONENTES
INVITACION A COTIZAR No. VRI-LG-2022-052
POPAYÁN, 16 DE MAYO DE 2022
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE SHAKER CON INCUBADORA INCLUYE SOPORTE UNIVERSAL DE RESORTES: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, CUENTA CON RANGO DE TEMPERATURA (°C) RT + 5°C A 60°C, PRECISIÓN DE TEMPERATURA (°C) ± 0.1°C @25°C,RANGO DE VELOCIDAD 0 A 300 RPM, DIÁMETRO ORBITAL 20 MM, DIMENSIONES INTERNAS (W X D X H) 545MM X 550MM X 360MM, DIMENSIONES TOTALES (W X D X H) 585MM X 850MM X 800MM,TEMPORIZADOR 99HR 59MIN / CONTINUO, CONTROLADOR DIGITAL PID, PANTALLA DISPLAY LED DE 4 DÍGITOS MATERIALES INTERIOR EN ACERO, INOXIDABLE. CUERPO DE ACERO RECUBIERTO CON PINTURA ANTICORROSIVA. VENTANAS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE. SEGURIDAD APAGADO POR SOBRE TEMPERATURA Y SOBRE CORRIENTE, E INTERRUPTOR PROTECTOR CONTRA FUGAS DE CORRIENTE. VOLTAJE 115 V / 60 HZ”

Los requisitos técnicos exigidos en el proceso son los siguientes:

Item	Descripcion	I.V.A.	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	SHAKER CON INCUBADORA, INCLUYE SOPORTE UNIVERSAL DE RESORTES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO, CUENTA CON RANGO DE TEMPERATURA (°C) RT + 5°C A 60°C, PRECISIÓN DE TEMPERATURA (°C) ± 0.1°C @25°C,RANGO DE VELOCIDAD 0 A 300 RPM,DIÁMETRO ORBITAL 20 MM,DIMENSIONES INTERNAS (W X D X H) 545MM X 550MM X 360MM, DIMENSIONES TOTALES (W X D X H) 585MM X 850MM X 800MM,TEMPORIZADOR 99HR 59MIN / CONTINUO, CONTROLADOR CONTROLADOR DIGITAL PID, PANTALLA DISPLAY LED DE 4 DÍGITOS MATERIALES INTERIOR EN ACERO, INOXIDABLE. CUERPO DE ACERO RECUBIERTO CON PINTURA ANTICORROSIVA. VENTANAS EN ACRÍLICO TRANSPARENTE. SEGURIDAD APAGADO POR SOBRE TEMPERATURA Y SOBRE CORRIENTE, E INTERRUPTOR PROTECTOR CONTRA FUGAS DE CORRIENTE. VOLTAJE 115 V / 60 HZ. REFERENCIA: LSI-3016A, LABTECH.	19%	UNIDAD	1	\$18.585.000	\$18.585.000

Sub. Total	\$18.585.000
I.V.A. 19%	\$3.531.150
Sub. Total	\$22.116.150
Sub. Total	\$0
I.V.A. 5%	\$0
Sub. Total	\$0
SIN I.V.A.	\$0
TOTAL..	\$22.116.150

Revisadas las propuestas presentadas en cuanto a correspondencia técnica de lo ofertado se encontraron los siguientes resultados:



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial



PROPONENTE	CUMPLE (SI o NO)	OBSERVACIONES
LAB BRANDS S.A.S. NIT 860.028.662-8	SI	El proponente cumple con lo relacionado a las especificaciones técnicas y calidad del equipo.

Diego Roa Acosta

Nombre DIEGO FERNANDO ROA ACOSTA

Cargo: Director del Proyecto ID 5637

Proyecto ID5637 BPIN 2020000100052



Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial